PLUS ORTHO


器01　手術台及び治療台
届出番号 26B2X10024000050
一般医療機器　手術台アクセサリー（70469000）
プラスオーソ　レトラクターホルダーシステム

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売者　トゥルーシード株式会社
京都府京都市中京区宗林町 98 英守ビル 207

株式会社プラスオーソ 港北NTオフィス
〒224-0003
神奈川県横浜市都筑区中川中央 2-5-13-701
TEL　045-595-9132
FAX　045-595-9133
ホームページ　http://www.plusortho.co.jp

Esy®-Hook

RETRACTOR HOLDER SYSTEM



PLUS ORTHO

Esy®-Hook

RETRACTOR HOLDER SYSTEM

低侵襲外科手術が一般的になりつある昨今、同手術に使用する開創器（レトラクター）の重要性も一般的に理解されております。
また手術での医療従事者の人数確保やコストも考慮される現状もあります。『Esy®-Hook』はこれらの課題を解決する一つの方法として考案されました。『Esy®-Hook』は外科医の術野を可能な限り確保し、且つ各種レトラクターのスムーズ保持を目的とした製品です。

Consept

- ロープロファイルデザイン: Surgical Workspaceの確保
- シンプル構造: 単フック形状およびワンウェイスライド機能により操作性が向上
- 術式汎用性：整形股関節手術だけでなく様々な手術に使用可能
- コストパフォーマンス: 少人数での手術に最適



製品番号　P0-003-100
製品名　ワンウェイブロック付きフック



製品番号　P0-003-200
製品名　ユニバーサルポスト



製品番号　P0-003-400
製品名　角支柱



製品番号　P0-003-600
製品名　ワンウェイブロック付きロングフック



製品番号　P0-003-500
製品名　B角支柱




製品番号　130-THC
製品名　布鉗子


※特許出願中
特願 2017-55832




仰臥位THA使用例



仰臥位THA使用例



TKA使用例





側臥位THA使用例

使用目的又は効果

本品は、手術台に付属するアクセサリーであり、手術台のサイドレールに取り付けて使用する。

使用方法等

本品は未滅菌品です。
清潔区域内で使用するワンウェイブロック付フックは、使用前に必ず洗浄し、適切に機能することが確認された高圧蒸気滅菌法による標準的滅菌条件又は各医療機関で検証されバリデーションされた滅菌条件により滅菌を行うこと。
標準的滅菌条件の例：高圧蒸気滅菌（日本薬局方）

保守・点検に係る事項

1.本品は日常点検及び使用前点検により正常に機能することを確認すること。
汚れ、キズ、損傷等や異常が見られた場合には使用せず適切な処置を行うこと。

2.洗浄
(1)使用後は、早急に洗浄すること。
(2)強アルカリ、強酸性洗剤・消毒剤は器具を腐食させる恐れがあるので、使用を避けること。
(3)汚れの残存がある箇所には柔らかいブラシ、スポンジを使い、入念に洗浄すること。
(4)洗浄に金属たわし、クレンザー（磨き粉）等の使用や過度の力による洗浄は器具の表面が損傷し、変形や機能低下の原因となるので使用しないこと。
(5)洗浄装置（超音波洗浄装置等）で洗浄する時には、他の器具等と接触して損傷することがないよう取扱うこと。
(6)隙間部分に異物等の残存がないよう入念に洗浄すること。
(7)洗浄後はすぐに乾燥させること。

保管方法及び有効期間等

保管方法
本品は高温・高湿・直射日光を避け、
温度や湿度が極端に変化しない場所に保管すること。

使用上の注意

1.警告
締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして固定している手術器械が緩み、術野に支障をきたす恐れがあります。

2.重要な基本的注意
・本品のご使用前には必ず外観検査等の点検を行い、洗浄、滅菌を行うこと。
・取付が適切であり、正常に機能するか点検すること。
・本品を覆布の上からポストに固定する際には覆布が破れることがないよう十分注意すること。
・使用中にポストの調整をする場合は、固定力の維持、覆布の破れ等に注意すること。
・使用後は本品に損傷等がないことを確認すること。

3.不具合・有害事象
不具合折損、破損、変形、分解、動作不良
有害事象感染症、アレルギー、周囲等の神経障害、血管・神経損傷、骨折、その他合併症等。

4.過乗使用
・本品の使用に際し、意図しない使用方法の場合、応力による変形、折損の場合があり、正しく機能しなくなる。
・経年の度重なる使用による反復的な応力により、疲労を起こし破損に至ることがあるため、使用前に点検を行い、異常が見られたら使用しないこと。

PLUS ORTHO